

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu:
Mua sắm giường cấp cứu đa năng trang bị cho bệnh viện tuyến tỉnh,
tuyển huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét Tờ trình số 1873/TTr-SYT ngày 27/7/2016 của Sở Y tế và đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 1831/BC-STC ngày 28/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán gói thầu: Mua sắm giường cấp cứu đa năng trang bị cho bệnh viện tuyến tỉnh, tuyển huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

2. Mục tiêu mua sắm: Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3. Địa điểm trang bị: Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyển huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4. Tổng dự toán: 6.999.800.000 đồng (*Sáu tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn*).

5. Nguồn vốn: Nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm giường cấp cứu đa năng trang bị cho bệnh viện tuyến tỉnh, tuyển huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Sở Y tế, với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm giường cấp cứu đa năng trang bị cho bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(Chi tiết danh mục gói thầu kèm theo Báo cáo thẩm định số 1831/BC-STC ngày 28/7/2016 của Sở Tài chính)

2. Giá gói thầu: 6.999.800.000 đồng (Sáu tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn).

(Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và giao hàng tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum)

3. Nguồn vốn: Nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 7 năm 2016.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).

Điều 3. Sở Y tế (Chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tuân thủ Luật đấu thầu, các quy định hiện hành của Nhà nước và dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định này.

- Việc đấu thầu mua sắm vật tư, hàng hóa theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3081/BKH-QLĐT ngày 11/5/2010 và Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản số 1694/UBND-KTTH ngày 05/8/2015 và số 421/UBND-KTTH ngày 03/3/2016.

Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KT);
- Lưu: VT, KT5 *he*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



(Signature)
Nguyễn Đức Tuy

DANH MỤC GÓI THẦU

(Kèm theo Quyết định số : 841 /QĐ-UBND, ngày 02 tháng 8 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: đồng

Tên trang thiết bị, đặc điểm thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
GIƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN 4 MOTOR	Chiếc	31	225.800.000	6.999.800.000
<u>I. Yêu cầu chung:</u>				
- Tình trạng thiết bị: Mới 100%, sản xuất năm 2016 trở lại đây				
- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương.				
- Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất kèm theo hoặc ủy quyền của phân phối chính thức của nhà sản xuất.				
- Yêu cầu nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz				
<u>II. Cấu hình thiết bị:</u> (cho 01 giường)				
- Khung giường: 01 chiếc				
- Thành giường tại đầu và cuối giường có thể tháo rời: 01 bộ				
- Bộ điều khiển cầm tay có hiển thị bằng LCD: 01 chiếc				
- Bánh xe có khoá: 01 bộ				
- Cọc truyền dịch: 01 chiếc				
- Đệm: 01 chiếc				
- Thành giường bên có thể tháo rời: 01 bộ				
- Tay quay thông minh dùng trong trường hợp mất điện: 01 cái				
<u>III. Đặc tính kỹ thuật:</u>				
- Chủng loại: giường chạy bằng điện có 04 motor.				
- Tích hợp cảm biến trọng lượng trong bộ truyền động có thể phát hiện người bệnh có nguy cơ té ngã. Khi được kết hợp với hệ thống báo gọi y tá trung tâm có thể phát cảnh báo khi bệnh nhân ngồi trên giường hoặc ngồi ở cạnh giường hoặc rời khỏi giường.				
- Có kết cấu hạn chế mức độ trượt của của thân bệnh nhân và giảm độ cọ xát vào giường, giảm áp lực cho ngực.				
- Có chức năng nâng lưng và chân cùng một lúc hoặc nâng từng phần.				
- Chuyển động theo chu trình thông minh: là một chuỗi chuyển động tự động nâng hạ lưng, nâng hạ gối, nghiêng giường chỉ bằng một nút bấm giúp bệnh nhân đạt được tư thế thoải mái nhất khi chuyển động (giảm áp lực trong quá trình nâng lưng; giảm trượt cơ thể khi nâng lưng).				
- Giường có độ cao tối thiểu là 25 cm (tính đến mặt giường) , giúp an toàn hơn cho các bệnh nhân cao tuổi với vóc dáng nhỏ cũng có thể dễ dàng đặt được bàn chân xuống sàn khi ngồi trên giường, hỗ trợ tối đa bệnh nhân khi cần di chuyển sang phương tiện chăm sóc khác.				

THÂN

Ch

- Tính năng giới hạn độ gập của giường sao cho góc gập lưng giới hạn ở mức lớn hơn hoặc bằng 90 độ để phòng trường hợp gối và lưng quá gần nhau.				
- Hệ thống khóa tổng hợp: hệ thống bánh xe kép có thể bị khóa đồng thời, chỉ bằng động tác nhấn 1 pê đan và tháo khóa chỉ bằng 1 cái hất chân nhẹ.				
- Bộ điều khiển các mũi tên trên nút được dập nổi giúp dễ dàng điều khiển.				
- Bộ điều khiển cầm tay với màn hình hiển thị LCD giúp điều khiển giường đúng tư thế mong muốn.				
+ Bộ điều khiển còn có chức năng ghi nhớ giúp giường dừng ở vị trí góc tựa lưng, góc tựa gối, chiều cao phù hợp nhất với bệnh nhân.				
+ Các chế độ hoạt động đó có thể được thực hiện bằng nút UP/DOWN: Nâng/ hạ lưng, gối, độ cao, chuyển động thông minh.				
+ Có thể lựa chọn tốc độ chuyển động bình thường hoặc nhanh				
+ Đèn hiệu cho thấy đang hoạt động giúp y tá có thể biết trạng thái của giường ngay cả trong bóng tối.				
+ Đèn hiệu chế độ cao thấp sẽ nhấp nháy (màu xanh) khi giường được hạ xuống đến độ cao 31 cm hoặc thấp hơn và chuyển sang màu da cam khi giường hạ xuống độ cao thấp nhất (25 cm).				
+ Chương trình điều khiển chính xác kết hợp sự đồng nhất thông tin giữa hoạt động thực tế của giường trên màn hình hiển thị của điều khiển cầm tay.				
+ Các lựa chọn chương trình được lưu giữ ngay cả khi mất điện.				
+ Có thể tái thiết lập lại chương trình bằng cách bấm nút Reset.				
- Góc phần chân có thể điều chỉnh 2 mức bằng tay				
- Có tay quay thông minh, dễ dàng kết nối bằng giắc cắm để điều khiển giường không hạn chế thời gian trong trường hợp không có điện.				
- Chỉ cần một tay quay thông minh có thể sử dụng để nâng được lưng, gối, chiều cao giường (lên/ xuống)				
Thông số của giường:				
- Tổng chiều dài: 2144 mm				
- Tổng chiều rộng: 1030 mm				
- Tổng chiều cao: 681 mm – 1046 mm				
- Chiều cao tám đầu và cuối giường: 431 mm				
- Khoảng cách giữa bánh xe đầu và cuối giường: 1727 mm				
- Chiều rộng bề mặt đệm: 910 mm				
- Chiều dài dây nguồn: 2600 mm				



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner.

- Góc nâng lưng: 0 ~ 75 độ				
- Thời gian nâng lưng (0 ~ 75 độ): 33 giây				
- Góc nâng gối: 0 ~ 45 độ				
- Thời gian nâng gối (0 ~ 45 độ): 18 giây				
- Chiều cao mặt giường có thể điều chỉnh lên - xuống: 250 ~ 615 mm				
- Thời gian điều chỉnh chiều cao lên - xuống (250 ~ 615 mm): 31 giây				
- Tải trọng làm việc an toàn: 215 Kgf				
Nguyên liệu				
- Thành đầu và cuối giường: Polypropylene				
- Góc chịu va đập: ABS				
- Mặt giường: Thép, mạ điện và sơn tĩnh điện				
- Khung chính: Thép, mạ điện và sơn tĩnh điện				
Bánh xe:				
- Bánh xe: Đường kính 125 mm				
- Loại: Bánh xe kép với khóa trung tâm				
IV. Yêu cầu khác:				
- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi nghiệm thu;				
- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật;				
- Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt khi bàn giao;				
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 05 năm.				
TỔNG CỘNG			225.800.000	6.999.800.000



**SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC TRANG BỊ GIƯỜNG CẤP CỨU ĐA CHỨC NĂNG
NĂM 2016**

(Kèm theo Quyết định số **841**/QĐ-UBND ngày **02** tháng **8** năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	ĐƠN VỊ	Giường cấp cứu đa chức năng	Ghi chú
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	20	
2	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi	6	
3	Trung tâm Y tế huyện ĐắkGlei	2	
4	Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà	3	
Tổng cộng		31	